



## 烟酸（或烟酰胺）测定用培养基使用说明书

**【货号】** CM1404

**【用途】**

用于食品中烟酸和烟酰胺的测定。(GB 标准)

**【规格】** 100g/瓶

**【成分】** 见 GB 5009.89。

**【用法】**

称取 75.1g 于 1L 蒸馏水中，溶解后分装试管(无需加热)，每管 5mL，加入标准品或测试样品，用蒸馏水调整体积至 10mL，121℃高压灭菌 10min 备用(试管法)；如用于微孔板法，可将检测体积等比例缩小，按照上述称量数配制所需培养基，溶解后于 121℃高压灭菌 10min 备用。

注：根据培养基的实际用量，称取相应比例的干粉进行配制。

**【质量控制】** 参见质控报告。

**【保存】**

密封保存于阴凉干燥处。

注：为防止干粉结块变色，建议 2-8℃冷藏保存。

**【产品资料下载】**

质检报告和化学品安全技术说明书（MSDS）可登录陆桥网站 <https://www.beijinglandbridge.com/>，在“质检报告”和“MSDS”页面，输入货号和批号下载。

本产品仅适用于实验室的工业、科研目的，不用于临床诊断或治疗。